


恒温恒湿室

AQUAIR® アクエア 【空冷式 セットシリーズ】



※記録計はオプション

アクエア【空冷タイプ】



- 1 冷凍機排熱は屋外へ** 屋内の空調が低減します
- 2 省エネ更新に最適** 既設パネルを利用し、空調機のための更新が可能
- 3 操作パネル一体型** 屋内設置スペースも小さく（制御盤不要）

標準室／分析室【恒温恒湿室】

温湿度標準状態での各種試験や精度の高い保管室などに最適。お気軽にご相談ください。

万能試験

振動試験

分注器

クロマトグラフィ

仕様 恒温恒湿室 プレハブセットシリーズ【空冷式】

セット型式		SAC										
		P1HA	P1.5HA	P2HA	P3HA	P4HA	P5HA	P6HA	P7HA	P8HA	P10HA	
室坪数		1坪	1.5坪	2坪	3坪	4坪	5坪	6坪	7坪	8坪	10坪	
性能	温度範囲	+20℃ ~ +25℃										
	湿度範囲	45%RH ~ 65%RH										
	温湿度変動幅	±1.0℃ / ±3.0%RH (空調機吹き出し制御部)										
試験室	試験室床面積 (m ²)	3.2	4.9	6.5	9.7	13.0	16.2	19.4	22.7	25.9	32.4	
	外寸法	幅 (mm)	1800	2700	3600	3600	3600	4500	5400	6300	7200	7200
		奥行 (mm)	1800			2700	3600				4500	
	室内高 (mm)	2200										
	扉仕様	W850×H1800 mm 片開扉(観測窓付) 連動ハンドル仕様										
	断熱材	硬質ウレタンフォーム										
	外装/内装材	カラー鋼板										
	パネル厚	42 mm										
	床仕上仕様	SUS304仕上げ										
	床面耐荷重	400 kg/m ² (等分布荷重)										
室内照明	LED照明											
空調機器	空調機 (屋内側)	アクエア式空調機 *規格設計品					パネル式空調機					
		SAC-HA02					SAC-HA03		SAC-A05		SAC-A07	
	空調機寸法 (mm)	900×600×H1650					1200×750×H1800					
	操作盤	空調機組込コントローラ					自立型制御盤					
	保護装置	漏電遮断器、過熱防止、停電異常、冷凍機異常・送風機異常										
	組込品	送風機、冷却器、再熱ヒーター、加湿器										
	ダクトキット	SAプレナム、SAキット、RAキット					プレハブ連結式					
	ユーティリティ接続	給排水接続、電源、照明用電気など (排水管はSGPにて)										
	冷凍機 (屋外側)	屋外設置形 インバータ搭載										
	冷凍機出力	2馬力相当					3馬力相当		5馬力相当		7馬力相当	
1.1kw					2.2kw		3.75kw		5.2kw			
オプション	<ul style="list-style-type: none"> ・純水器 ・両開き扉 ・床面補強板 ・給気用ファン ・入室中表示灯 ・複数ポイントデータ取り ・センターダクト ・壁用FIX窓 ・床:長尺塩ビシート仕上げ ・非常停止スイッチ ・運転中表示灯 ・分布仕様、分布測定 ・コーナードクト ・ケーブル孔 ・コンセント ・記録計 ・信号表示灯 ・除湿機 (低温低湿仕様) ・2重天井 (天井全面吹出し) ・室内パネル高さ変更 ・出入口スロープ ・空調機結露対策仕様 ・異常表示灯 ・冷凍機水冷式 											

- 性能はJTM規格に準拠した値とし、試験室は無負荷、無試料とします。(負荷においては別途ご相談ください。)
- 困湿度は一般空調があり結露のないこととします。空調がない場合は結露の恐れがあります。
- 加湿器がオーバーフローになると温湿度が乱れます。
- 分布が必要な幅3600mmを超える室は、センターダクト(コーナードクト)、2重天井などが必要となります。
- 分布および測定データ取りなどは、別途お見積もりとします。

製品改良のため、仕様・外観を予告なく変更することがあります。

3AQP-1912D

製造元

株式会社 **アメフレック** 製造本部

<https://www.amefrec.co.jp/seizo/>



関東工場 埼玉県戸田市美女木東 1-2-15 〒335-0032
営業1G TEL 048-423-1800 FAX 048-423-1801

中部営業所 愛知県一宮市本町 3-5-9 尾張交通ビル 6階 〒491-0859
営業2G TEL 0586-72-7117 FAX 0586-72-9255